

«ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ»

аккредитована в добровольной системе

«Глобальный стандарт качества» RU.ГСК.32770.ИЛ.0107

Адрес: 143600, Россия, Московская область, город Волоколамск, Северное шоссе, 16



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 0107-095 от 07.02.2023 года
(образца продукции)

1. Объект испытаний (тип, модификация, модель, марка): Катридж для перманентного макияжа AS-Company by Alina Shakhova, катридж для перманентного макияжа MAST X VERSION
2. Наименование и адрес заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр перманентного макияжа Алины Шаховой», ОГРН: 1182375056380, ИНН: 2311261376, Адрес: 350028 г. Краснодар ул. ИМ. Жлобы д.139 офис 602, телефон: 8 960 479-28-50, адрес электронной почты: shahmelyan_sv@bk.ru
3. Наименование и адрес изготовителя: Общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр перманентного макияжа Алины Шаховой», ОГРН: 1182375056380, ИНН: 2311261376, Адрес: 350028 г. Краснодар ул. ИМ. Жлобы д.139 офис 602, телефон: 8 960 479-28-50, адрес электронной почты: shahmelyan_sv@bk.ru
4. Цель испытаний: подтверждение на соответствие требованиям: ТУ 32.50.13– 001-31408812 – 2023 Катриджи для перманентного макияжа AS-Company by Alina Shakhova. Технические условия.
5. Метод (методика) испытаний: ГОСТ 30804.6.4-2013, ГОСТ 30804.6.2-2013
6. Дата получения объекта испытаний: 02.03.2023
7. Сроки испытаний: 02.03.2023-10.03.2023
8. Условия окружающей среды: температура (+20... +22) °С, влажность (66-67)%, давление (746-750) мм. рт. ст.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Начало протокола

Наименование характеристики	Наименование НД на метод испытаний	Значение характеристики по НД	Значение характеристики при испытаниях
1	2	3	4
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Чистота наружной поверхности трубки иглы	ГОСТ ISO 7864-2011	Отсутствие посторонних частиц, трещин, царапин	Отсутствует
Чистота внутренней поверхности головки иглы	ГОСТ ISO 7864-2011	Отсутствие посторонних частиц при осмотре с 2,5 – кратным увеличением	Отсутствует
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
рН (водородный показатель)	ГОСТ ISO 7864-2011	рН 6.0-7.0	6.7
Свинец	ГОСТ 18293-72	Не более 5 мг/л	менее 5 мг/л
Олово	ГОСТ 33413-2015	Не более 5 мг/л	менее 5 мг/л
Цинк	ГОСТ 1893-72	Не более 5 мг/л	менее 5 мг/л
Железо	ГОСТ 4011-72	Не более 5 мг/л	менее 5 мг/л
Кадмий	РД 52.24.436-95	Не более 0,1 мг/л	менее 0,1 мг/л

Конец протокола испытаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

По результатам проведенных испытаний объект: Катридж для перманентного макияжа AS-Company by Alina Shakhova, катридж для перманентного макияжа MAST X VERSION, предоставленный Обществом с ограниченной ответственностью «Учебный центр перманентного макияжа Алины Шаховой» соответствует ТУ 32.50.13– 001-31408812 – 2023 Катриджи для перманентного макияжа AS-Company by Alina Shakhova. Технические условия.


ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Ответственный за оформление протокола



подпись

/Полякова С.Ю.

Ф.И.О.